

<p>Клиникалық материалды 16 және 18 типтердегі адам палинотомасы вирустары (АТВ) ДНК-сын тибромальминлық флуоресцентті детекциялаумен полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) арқымен анықтауға және дифференциациялауға арналған «АмплиСенс® АТВ 16/18-FL» реагенттер жиынтығы.</p> <p>FER форматы. 1 түр: «ПТР-аныялық FER-100 F Жиынтық қарама».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ПТР-қоспа-1-FL АТВ 16/18 – 4 пробирка 2. ПТР-қоспа-2-FRT – 2 пробирка 3. Полимераза (TaqF) – 2 пробирка 4. ПТР-қоспа-Фос – 1 пробирка 5. ПТР арналған минералды май – 1 құты 6. 16, 18 типті АТВ ДНК және адам ДНК ОБУ – 1 пробирка 7. ДНК-буфер – 1 пробирка 8. ТБУ – 1 пробирка <p>Бақармалық қаттамасы ету «AmpliSens® HPV 16/18 Results Matrix» 1.02 нұсқасы (Microsoft Excel форматында)</p> <p>In vitro диагностикаға арналған</p> <p>Саяту температурасы – қаттамасынан қараңыз Серия № – қаттамасынан қараңыз Даяндайтын күні – қаттамасынан қараңыз Жарамдылық мерзімі – қаттамасынан қараңыз</p> <p>Роспотребнадзор эпидемиология ГЗИ ФБУН, Ресей Федерациясы, 111123, Москва қ., Новогиреевская к-сі, 3А үк.</p> <p>Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық мақсаттағы бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы «КБ Диагностика» ЖШС, Алматы облы., Іле ауданы, Боралдай ауылы, (Аэропорт), тел./факс: 8 (727) 331-9147 E-mail: info@kb-diagnostics.kz</p>	<p>Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридализационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL».</p> <p>Форма 1. Формат FER, «ПЦР-комплект FER-100 F Состав комплекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ПЦР-смесь-1-FL, ВПЧ 16/18 – 4 пробирки 2. ПЦР-смесь-2-FRT – 2 пробирки 3. Полимераза (TaqF) – 2 пробирки 4. ПЦР-смесь-Фос – 1 пробирка 5. Минеральное масло для ПЦР – 1 флакон 6. ПКО ДНК ВПЧ 16, 18 типов и ДНК человека – 1 пробирка 7. ДНК-буфер – 1 пробирка 8. ОКД – 1 пробирка <p>Програмное обеспечение «AmpliSens® HPV 16/18 Results Matrix» версия 1.02 (в формате Microsoft Excel)</p> <p>для диагностики in vitro</p> <p>Хранить при температуре – см. на упаковке Серия № – см. на упаковке Дата изготовления – см. на упаковке Срок годности – см. на упаковке</p> <p>ФБУН ЦИИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Российская Федерация, 111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А.</p> <p>Адрес организации, принимающей претензии на территории Республики Казахстан по качеству изделий медицинского назначения от потребителей ТОО «КБ Диагностика», Алматинская обл., Илийский р-н, п. Боралдай, (Аэропорт), тел./факс: 8 (727) 331-9147 E-mail: info@kb-diagnostics.kz</p>
---	--